PHAGOSEPT ASPIRATION

Les points forts :

- **Très bon détergent**
- **Large spectre d'activité**
- **Ne mousse pas**
- **Très bonne compatibilité avec les systèmes d'aspiration**
- **Actif en 5 minutes**

Nettoyant Désinfectant pour les Dispositifs médicaux :
Système d'aspiration en chirurgie dentaire.

LABORATOIRES PHAGOGENE
http://www.phagogene.com

CE 0398

PHAGOSEPT ASPIRATION

Laboratoires PHAGOGENE DEC

Nature chimique du principe actif du produit

Ammonium quaternaire • Biguanide.

Domaine d'utilisation du produit

Nettoyant Désinfectant pour les dispositifs médicaux : Système d'aspiration en chirurgie dentaire.

Concentration d'utilisation du produit

2 %

Propriétés physico-chimiques

Aspect : Liquide limpide jaune-brun. Odeur mentholée • pH : 11,3 • Densité : 1,039 • Indice de réfraction : 1,373

Activité anti-microbienne du produit

Bactéries : NF EN 1040, NF EN 1276.

Fungi : NF EN 1275 vs *C. albicans.*

Virus : Méthodologies matières actives vs HIV, HBV, Herpes virus (Voir le dossier scientifique.).

Mode d'emploi

Diluer en eau froide à 2 %. Traiter en fin de journée 5 minutes minimum. Rincer.

Recommandations

Ne pas mélanger avec d'autres produits • Ne pas utiliser avec les acides et sur les revêtements de surfaces sensibles aux alcalins sans avis de notre service technique • Renouveler le produit après chaque utilisation • Consulter préalablement la notice d'instruction du matériel traité pour vérifier les informations relatives à la compatibilité avec les désinfectants.

Précautions d'emploi

Ne pas avaler • Conserver uniquement dans le récipient d'origine. • Ne pas mélanger avec d'autres produits • Eliminer les déchets en tenant compte des indications de la fiche de sécurité et des restrictions réglementaires ou locales relatives à la gestion des déchets infectieux ou à caractère dangereux : consulter le Responsable Sécurité de votre établissement.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement

Carton de 10 x 1 litre avec flacon doseur. Carton de 4 bidons de 5 litres avec pompe de 20 ml.

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit de les modifier pour améliorer les produits dans l'intérêt de l'utilisateur.
1045 - décembre 03 - Ed3.

Laboratoires Phagogène DEC
BP 201 06272 Villeneuve-Loubet
Hôpital +33 4 92 08 61 11
Santé & Distribution +33 4 92 08 61 06
hopital@phagogene.com - distribution@phagogene.com
Siège social : BP 192 - SIRET 350 269 304 00027